

单一来源论证专家签到表

项目名称：高唐县人民医院 CT、MR 维保服务

姓名	单位	身份证号	职称/职务	联系方式
孙旭明	山东省武警医院	370112194903169370	主任技师	130- [REDACTED]

单一来源论证专家签到表

项目名称：高唐县人民医院 CT、MR 维保服务

姓名	单位	身份证号	职称/职务	联系方式
宋森木	齐鲁医院	370102156505120814	主任	1 [REDACTED]

单一来源论证专家签到表

项目名称：高唐县人民医院CT、MR维保服务

姓名	单位	身份证号	职称/职务	联系方式
孙伟力	山东都环医疗设备	370103195011182556	高级工程师	15770012345
顾伟民	济军总院	370105195611136913	主任	15123456789

单一来源论证专家签到表

项目名称：高唐县人民医院 CT、MR 维保服务

姓名	单位	身份证号	职称/职务	联系方式
徐晓宏	济南军区联勤部 药品仪器检验所	370104195505176114	高级工程师	15123456789


单一来源采购专论证意见表

专家姓名	徐晓宏	职称	高级工程师
工作单位	济南军区联勤新药品仪器检验所		
采购单位名称	高唐县人民医院		
采购项目名称	高唐县人民医院 CT、MR 维保服务		
供应商名称	北京惠通荣翔科技有限公司		
专家论证意见	<p>采购项目的市场分析： GE 3.0T 磁共振和 GE CT 为大型医疗诊断设备。磁共振的主要部件“磁体系统、梯度系统和射频系统”等；CT 的主要部件“X 线管、探测器和高压发生器”等，均为 GE 生产企业自主研发和生产的产品，其他生产企业的部件无法代替和更换。所申请的维保方案涉及引擎维护调试，其他生产企业也无法实施。</p> <p>提出单一来源供应商的理由： GE 3.0T 磁共振和 GE CT 为大型医疗诊断设备，所申请的维保方案，涉及主要零部件的更换和软件诊断系统的调试和升级，只有生产企业 GE 能够完成实施，保证设备的正常运行和维护工作，其他生产企业的产品和软件系统不能匹配代替。建议维保方案实施单一来源采购。</p> <p>专家签字： 徐晓宏</p> <p style="text-align: right;">2020 年 8 月 18 日</p>		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	刘清勃	职称	高级工程师
工作单位	山东青卫医疗设备有限公司		
采购单位名称	高唐县人民医院		
采购项目名称	高唐县人民医院CT、MR维保服务		
供应商名称	北京惠通荣翔科技有限公司		
专家论证意见	<p>采购项目的市场分析： 高唐县人民医院采购GE公司产3.0T MR及 REVOLUTION HDCT各一台，目前已过保修期。 因上述设备属高端精密医疗设备，其维保必 须由原厂授权专业团队及认证的工程师进行 维护及修理。原厂配件及维修费用高昂，且 原厂配件及维修服务均由原厂提供，其他 配件及维修服务均无法替代。因此，建议 提出单一来源供应商的理由： 高唐县人民医院采购的美国GE公司3.0T MR及 CT高端影像设备，需采购后期维保服务。该 设备核心配件只能由原厂提供，而其他配件 不能兼容。而其维保只能由原厂授权的山东 北京惠通荣翔科技公司提供。符合单一来源 采购要求，建议 专家签字：刘清勃 2020年8月18日</p>		

单一来源采购专论证意见表

专家姓名	井旭明	职称	主任技师
工作单位	山东武警医院		
采购单位名称	高唐县人民医院		
采购项目名称	高唐县人民医院 CT、MR 维保服务		
供应商名称	北京惠通荣翔科技有限公司		
专家论证意见	<p>采购项目的市场分析： GE公司生产的3.0TMR750和GE Revolution HDCT维保，必须打开GE公司的专用密码才能进入维修程序；在维修中必须更换GE公司专用的核心部件，其他公司的配件无法替代；要达到的机器正常运行工作，必须具备专业的维修能力，与有GE公司培养的工程师才能具备和维修资格证书。北京惠通荣翔公司是GE在山东代理商，建议申请单一来源采购。</p>		
	<p>提出单一来源供应商的理由： 高唐县人民医院申请采购的GE 3.0TMR750和GE Revolution HDCT的维保，必须具备三个条件，一是授权打开维修密码的工程师，二是必须具备专业维修能力，经过GE公司专业培训的工程师，并取得该公司颁发的维修资格证书，三是设备出现故障后，能提供原厂生产的核心部件，因为其他厂家的配件无法兼容GE的机器，无法代替。北京惠通荣翔科技有限公司为GE公司在山东地区的维修代理商，其他公司无法完成此任务，故建议作为单一来源采购。</p>		
	<p>专家签字： </p> <p style="text-align: right;">2020年8月18日</p>		

单一来源采购专论证意见表

专家姓名	顾伟民	职称	主任技师
工作单位	济军总院		
采购单位名称	高唐县人民医院		
采购项目名称	高唐县人民医院 CT、MR 维保服务		
供应商名称	北京惠通荣翔科技有限公司		
专家论证意见	<p>采购项目的市场分析： 高唐县人民医院采购的美国GE公司生产的3.0T核磁共振及CT各一台。目前过保修期。上述两设备系高端精密医疗设备，其后期维修必须要由原厂授权及认证的工程师进行维修。第三方的工程师不能维修。也无法替代。维保只能采取单一来源采购。</p> <p>提出单一来源供应商的理由： 高唐县人民医院采购的美国GE公司3.0TCT及CT高端影像设备，需采购后期维保服务，设备之核心配件只能原厂提供，而其他第三方配件不能兼容，而且其维保只能原厂授权的山东服务商北京惠通荣翔科技公司提供。只能采取单一来源采购提供医院的维保服务。</p> <p>专家签字： 顾伟民</p> <p style="text-align: right;">2020年8月18日</p>		

单一来源采购专论证意见表

专家姓名	宋承木	职称	副研究员
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	高唐县人民医院		
采购项目名称	高唐县人民医院 CT、MR 维保服务		
供应商名称	北京惠通荣翔科技有限公司		
专家论证意见	采购项目的市场分析： 用户2015年4月采购GE 3.0TMR及高端CT一台，目前已出保修期。因上述设备属于高端医疗设备，其维修保养必须由原厂授权专业团队及认证的工程师进行，配件原厂配套，第三方无法替代，符合单一来源采购要求，可以申请单一来源采购。		
	提出单一来源供应商的理由： 高唐县人民医院3.0TMR、高端CT属高端医疗设备，需采购后期维保服务， 因 因设备核心配件只能原厂提供，其他第三方配件无法保障设备的安全性和稳定性。而且原厂授权的山东服务商北京惠通荣翔科技公司授权，符合单一来源要求，建议医院采用单一来源方式采购维保服务。		
	专家签字： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">宋承木</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">2020年8月18日</div>		



证书编号：济字210——230536号

中国人民解放军济南军区

高级专业技术职务评审委员会

一九九五年十月一日

中国人民解放军总政治部制

姓名 徐晓宏
性别 男
出生年月 1955.05
专业 工程
任职资格 高级工程师

姓名 刘伟力

性别 男

出生年月 _____

工作单位 杏林医疗设备站

现从事专业 _____

原专业技术 _____

职务(职称) _____

现评审资格 高级工程师



评审时间:

2000年12月25日



编号 济文 字第 03-08167 号

发证机关 济南军区总医院政治部

发证日期 2012 年 12 月 01 日

有效期至 2016 年 12 月 01 日

NO 8548299

姓名	顾伟民		
出生年月	1956.11	性别	男
籍贯	山东莱西		
民族	汉		
部别	济南军区总医院医学工程科		
职务	主任技师		
衔级	三级		

根据总政治部有关规定，本证书为
中国人民武装警察部队专业技术干部专
业技术资格证明，由本人持有，不得损
坏或转借他人。



证书编号: 26F0110
No.

姓 名 井旭明 性 别 男
Full Name Sex

出生年月 1949.3 从事专业 医学工程
Date of Birth Speciality

专业技术资格 副主任技师
Professional Level

中国人民武装警察部队
专业技术资格评审委员会
Committee of Qualification of Speciality
& Technology of the Chinese People's
Armed Police Force
评审委员会

中国人民武装警察部队政治部制

2000年 12月 1日

姓名 宋承木

性别 男

出生年月 1965年9月

工作单位 山东大学第二医院

从事专业 设备

评审资格 副研究员



评审时间:

2003年9月1日