

高唐县中医院消化内镜设备采购项目（二次）

（货 物）

招 标 文 件

（招标编号：GTYYCG-2021-006/GG2021-HG01ZD-038）



山东众合

招 标 人：高唐县中医院

代理机构：山东众合项目咨询有限公司

日 期：2021 年 09 月

目 录

第一部分 招标公告.....	3
第二部分 投标人须知.....	3
第三部分 项目说明.....	17
第四部分 开标、评标、定标.....	19
第五部分 合同格式.....	32
第六部分 投标书格式.....	36



第一部分 招标公告

高唐县中医院消化内镜设备采购项目（二次）

招标公告

一、招标人：高唐县中医院

联系人：钱主任

联系方式：15315716106

招标代理机构：山东众合项目咨询有限公司

地 址：聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼

联系人：刘秀/杨晓婷

联系方式：15263559563/15069571982

二、采购项目名称：高唐县中医院消化内镜设备采购项目（二次）

项目编号：GG2021-HG01ZD-038

交易中心系统内编号：GTYYCG-2021-006

招标项目情况：

招标内容	资格条件	预算
消化内镜设备采购	1、投标人在中华人民共和国境内注册的有效营业执照，能提供本次采购货物及其相关服务； 2、若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》； 3、投标人须提供有效的《医疗器械产品注册证》； 4、本项目不接受联合体投标。	240 万元

三、获取招标文件

1、报名及获取招标文件时间：2021 年 09 月 03 日 09 时 00 分至 2021 年 09 月 09 日 17 时 00 分。

2、报名方式：聊城市公共资源交易网站网上报名

投标人诚信入库类型：供应商库

3、招标文件获取方式：聊城市公共资源交易网站网下载

注：投标人应在招标文件获取时间内登录聊城市公共资源交易网站电子交易平台下载招标文件，逾期将无法下载。逾期未报名下载的视为放弃报名，如参与投标，将被拒绝。



四、公告期限：2021 年 09 月 03 日至 2021 年 09 月 09 日

五、递交投标文件时间及地点

1、投标文件递交的截止时间为：2021 年 09 月 23 日 08 时 30 分至 2021 年 09 月 23 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅（网址：
<http://120.224.28.53:8093/BidOpening//bidopeninghallaction/hall/login>）。

3、投标文件递交方式：

（1）将电子投标文件在投标文件（加密版，后缀名格式为 LCTF）递交截止时间前上传到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统；

（2）开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作；

（3）投标人开标前未在不见面开标大厅完成签到工作、逾期解密的投标文件，招标人将不予受理。

六、开标时间及地点

1. 时间：2021 年 09 月 23 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：地点：聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅（网址：
<http://120.224.28.53:8093/BidOpening//bidopeninghallaction/hall/login>）。

七、招标项目联系方式

联系人：刘秀/杨晓婷

联系方式：15263559563/15069571982

八、发布公告的媒介

本次招标公告在聊城市公共资源交易网、高唐县人民政府网、高唐县政府采购中心网上同时发布。

九、电子评审事宜

1、投标企业首次在聊城市公共资源交易平台参与投标，下载标书前须办理企业诚信入库手续，办理程序详见（<http://www.lcsggzyjy.cn/lcweb/>）《采购类业务诚信入库及常见问题解答》。因未及时办理入库手续导致无法报名的，后果自负。各投标企业务必安排好专人对各自诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库信息不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。电子标书的制作，企业从其诚信库内的获取的该企业的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。另，电子投标文件在诚信库内获取的有关扫描件为获取那一时刻的扫描件，请各投标人更新诚信库后，务必重新获取，重新生成响应文件。



2、本项目实行电子评标，投标人需办理 CA 证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网站悬浮框“CA 办理须知”。因未及时办理 CA 证书而导致无法投标的，责任自负。

3、招标文件一经在聊城市公共资源交易平台系统发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易平台系统下载招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负，最终文件以答疑澄清后的为准。**电子评标的，制作投标文件需将答疑文件导入投标文件制作工具。**

4、投标人如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询江苏国泰新点软件有限公司或交易平台维护室。

联系电话：400-998-0000；0635-8902702；

联系人：黄工、张工。

十、重要说明

1、获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以资格后审为准。

2、本项目实行电子评标，其中技术标实行明标评审。

3、公开招标文件：详见附件。

附件的采购文件仅供获取前查看，投标供应商必须登录聊城市公共资源交易平台系统获取并下载正式的采购文件。

4、本项目采取不见面开标方式开标，投标企业开标前登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与投标。具体详见《聊城不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。如有疑问，请咨询聊城市公共资源交易中心平台维护办公室 0635-8902702，咨询服务热线 4009980000。如投标企业因自身原因未完成签到、解密工作的，责任自负。

十一、本项目质疑单位：山东众合项目咨询有限公司

质疑单位地址：山东省聊城市高新区华建壹街区商业办公楼九栋五楼

联系人及联系方式：刘秀 15069571982

本项目投诉单位：高唐县中医院办公室

投诉单位地址：聊城市高唐县

联系人及联系方式：王主任 0635-2963516

发 布 人：山东众合项目咨询有限公司

发布时间：2021 年 09 月 02 日



第二部分 投标人须知

项号	内 容	规 定
1	项目名称	高唐县中医院消化内镜设备采购项目（二次）
2	项目地点	甲方指定地点
3	招标人名称	高唐县中医院
4	招标内容	共一个包，具体详见项目说明内容。
5	投标人资格要求	1、投标人在中华人民共和国境内注册的有效营业执照，能提供本次采购货物及其相关服务； 2、若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》； 3、投标人须提供有效的《医疗器械产品注册证》； 4、本项目不接受联合体投标。
6	资格审查	资格后审
7	投标人需提交的资格审查文件	投标人须按要求提供以下证明其资格符合本项目合格投标人资格条件： 1) 营业执照； 2) 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》；若投标人为所投产品的代理商或授权投标人，必须提供《医疗器械经营许可证》； 3) 投标人须提供有效的《医疗器械产品注册证》； 4) 2020 年度经第三方审计审查的财务状况报告。是指提供本单位的财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明； 5) 不少于一个月依法缴纳税收的证明（2021 年度中任意月份）。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”； 6) 不少于连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明（2020 年 9 月至 2021 年度中任意月份）。指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据； 7) 若法定代表人投标，提供法定代表人身份证明；若委托代理人



项号	内 容	规 定
		投标，提供授权委托书及授权代表的身份证及法定代表人的身份证； 备注： 1、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，需提供相关证明文件 2、资格审查采用资格后审，电子投标文件中：资格审查的 1-6 项应直接从诚信库中获取；7 项应按招标文件规定格式填写盖章后直接上传至电子标书系统中。 3、电子标书中从诚信库内的获取的所有扫描件均为证件的清晰图片，清晰、可辨别，应保证其真实合法性。否则不予认可。涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。 4、电子投标文件中无相应模块的，将与本项目相关的资质证书、报告证明材料等统一上传至【投标需要说明的其他材料】； 5、《供应商资格审查统计表》应上传至系统电子响应文件【其他材料】中。 供应商未按照上述重要说明的要求提供材料、证件或制作电子标书的，作无效处理。
8	招标方式	公开招标
9	交货期	合同签订后 25 日内全部到货并安装调试完毕，或自报更快交货期或安装期。
	质保期	1 年（或自报更优质保期）
10	交货地点	招标人指定地点。
11	投标报价	报价为一次性报价。报价币种为人民币。所报总价应包括完成该项目的运输费、装卸费、材料费、安装、管理费、劳务、保修期内维护维保费、保险费、规费、税金、利润、政策性文件规定的费用以及合同包含的所有风险、责任等所有费用，漏报则视为已包含在其他费用中。
12	付款方式	货物到达现场验收合格后支付合同金额的 90%，剩余 10%作质保金，验收合格之日起一年后无质量问题一次性无息付清。
13	资金来源	自筹资金



项号	内 容	规 定
14	投标有效期	90 天（日历日）。
15	投标文件份数	1、加密文件 1 份，为 .lctf 文件，在聊城市公共资源交易网会员系统响应文件上传； 2、开标当日投标人不必抵达开标现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议；开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作。 3、中标人需提交三份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章，送至代理公司。
16	答疑安排	投标人提交疑问时间：2021 年 09 月 10 日 17 时前； 投标人对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需招标人解答或者答疑时，应于 2021 年 09 月 10 日 17 时前，选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透漏投标人的名称和联系方式；直接联系代理公司的，应以加盖投标人单位公章的书面文件提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至 sdzhzb2017@163.com。 我代理机构根据项目的实际情况或投标人提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上文件获取系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的投标人，各投标企业应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有最终约束力。另投标人务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。 投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。
17	递交投标文件截止时间及开标时间	见公告



项号	内 容	规 定
18	递交投标文件地点及开标地点	见公告
19	保证金	无
20	联系方式	1、招标人：高唐县中医院 联系人：钱主任 联系方式：15315716106 2、招标代理机构：山东众合项目咨询有限公司 地址：山东华建置地华建一街区 9 号办公楼 联系人：刘秀/杨晓婷 联系电话：15263559563/15069571982 地址：山东华建置地华建一街区 9 号办公楼 邮箱：sdzhzb2017@163.com
21	评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
22	代理服务费	各标段自中标结果公告之日起五个工作日内按发改价格[2011]534号通知（货物类）标准向招标代理机构交纳代理费。 代理费交纳后由招标代理机构协助招标人和中标人签订合同。 因未交纳代理费而导致的一切后果由中标人自行承担。 开户名称：山东众合项目咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司聊城东城支行 账号：37050185420800000215
23	履约保证金	无
24	质疑投诉	投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。 投标人认为招标文件、招标过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作



项号	内 容	规 定
		日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。 质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向规定的财政部门提起投诉。 本项目质疑单位：山东众合项目咨询有限公司 质疑单位地址：山东省聊城市高新区华建壹街区商业办公楼九栋五楼 联系人及联系方式：刘秀 15069571982 本项目投诉单位：高唐县中医院办公室 投诉单位地址：聊城市高唐县 联系人及联系方式：王主任 0635-2963516
25	开标时间、地点	开标时间：同投标截止时间 签到时间：投标人需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作。 解密时间：投标人需提前 60 钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节开始计时，每个投标人限 30 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。 投标人对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。
26	废标	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。



项号	内 容	规 定
27	电子投标文件 CA 签章要求	投标文件封面、投标函及电子招标文件规定的其它应签章处应用 CA 锁进行电子签章。未按要求进行电子签章的投标文件，作无效标处理。
28	电子招标投标	本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用明标评审。 电子投标文件中从诚信库内的获取的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可，涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。 本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内发售下载的为准，各供应商需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。
29	电子招投标的应急措施	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。 (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击； (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，应对未开标的企业暂停电子唱标，改用人工方式唱标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经江苏国泰新点公司和交易中心工作人员确认后，经评审委员会决定，可将系统内评审改为电子版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
30	特殊说明	1、将电子响应文件在响应文件递交截止时间前上传到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统。 2、解密时间：投标人需提前 60 钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节开始计时，每个投标人限 30 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。 3、投标人对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不



项号	内 容	规 定
		见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。投标人应当按照本招标文件的要求进行投标。

二、总则

（一）定义

- 1、“招标人”系指高唐县中医院。
- 2、“招标代理机构”系指山东众合项目咨询有限公司。
- 3、“投标人”系指向招标代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人或其他组织。
- 4、“入围投标人”系指经评标委员会初步评审，投标人的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评审阶段的投标人。
- 5、“中标候选人”系指由评标委员会对入围投标人综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能为招标人提供货物和服务，遵守投标文件和询标时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的投标人。
- 6、“高唐县中医院消化内镜设备采购项目（二次）”系指中标人按招标文件和合同的要求，向招标人提供所需的货物、服务及有关技术资料。
- 7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的检验、售后服务以及其它相关的义务。

（二）投标保证金：详见投标须知表中要求。

投标人因恶意串标、串标、视同串标或使用虚假材料投标、投标截止后撤回投标文件、放弃中标等违反法律法规规章行为，经招标人决定不予退还的。

（三）其它

- 1、无论投标过程中的做法和结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
- 2、无论投标结果如何，招标人或招标代理机构均无向投标人解释其中标/未中标原因的义务。



- 3、无论投标结果如何，投标人的投标文件不予退还，
- 4、无论中标与否，已购买标书的投标人对招标文件负保密责任。
- 5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场答复，并制作记录。

（四）履约保证金：详见投标须知表中要求。

三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

- 1、招标公告；
- 2、投标人须知；
- 3、项目说明；
- 4、开标、评标、定标；
- 5、合同格式；
- 6、投标书格式。

（二）招标文件的修改

- 1、招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改：详见投标人须知；
- 2、为使投标人有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。

（三）招标文件的澄清

各潜在投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，要求澄清的潜在投标人应按照投标须知表规定的时间和方式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的潜在投标人。

四、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并按照招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

（一）投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，提交包括证明其有资格进行投标和有能



力履行合同的文件，内容如下：

一、报价一览表

二、投标函

三、资信标

1、法定代表人身份证明

2、授权委托书

3、联合体协议书（本项目不适用）

4、资格审查资料

4.1 投标人基本情况表

4.2 需要说明的其它材料

5、商务和技术偏差表

四、商务标

分项报价表

五、技术标

六、报价所需其他材料

（二）投标文件的语言要求及计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用标准简体中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标文件的格式要求

1、投标文件的份数和签署

电子投标文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件，在会员系统中上传。

电子投标文件签章要求

电子投标文件签章要求：投标文件封面、投标函及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。

上述签章处均需使用 CA 印章进行签章，未按要求进行签章的投标文件，作无效标处



理。

2、电子投标文件的制作：

(1) 投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

(2) 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件。

(3) 电子招投标文件具有法律效力, 与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

(4) 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖投标人单位电子签章和法定代表人 CA 印章。

3、电子盘的制作：

在递交投标文件的同时，应按投标须知表规定份数，递交与电子投标文件完全一致的 U 盘。

(四) 投标报价要求

1、报价为一次性报价。

2、“开标一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；

3、投标人必须报出所投货物的单项报价和总价；

4、投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

五、投标文件的递交

(一) 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

(1) 项目编号、项目名称；

(2) nlctf 格式投标文件、PDF 格式投标文件；

(3) 投标人名称(加盖公章)；

(二) 投标截止日期

1、投标文件递交截止时间：详见投标须知表中要求。



2、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改,提前或推迟截止时间的,则按招标代理机构通知的时间递交;

3、对投标人递交的投标文件不予以退还。

(三) 投标文件的处理

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件,招标人、招标代理机构应当拒收。

(四) 投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后,作为投标文件的组成部分。

2、开标后不允许对投标文件做实质性修改或补充;

3、开标后投标人在投标有效期内不得撤回投标。



第三部分 项目说明

一、项目名称：高唐县中医院消化内镜设备采购项目（二次）。

二、采购内容：本项目预算 240 万。

三、项目参数要求：

（一）消化内镜参数（胃镜、肠镜各 1 套）

一	全数字高清内镜系统	
1	主机分辨率	全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统，分辨率 $\geq 1920*1080p$
2	特殊光模式	≥ 3 种
3	光学染色技术	具备光学染色技术
4	测光模式	平均测光/峰值测光/自动测光
5	结构强调功能	≥ 4 级
6	图像放大功能	多级可调
7	信号输出	DVI-D: 2 个(1080p)
8	图像冻结模式	≥ 3 种
9	画中画功能	冻结图像与运动图像同时出现在画面上
10	DICOM 通用输出接口	支持，可实现与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理
11	兼容性	可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等
12	光源	具备 LED 光源
13	光源寿命	$\geq 14000h$
14	光源控制	自动能量控制
15	亮度调节	自动（根据视频信号输出自动调节）和手动两种方式
16	设定值记忆功能	关闭系统电源后设定值可保存
17	气泵压力	多档可调
二	医用高清液晶监视器	
1	分辨率	$\geq 1920 \times 1080$
2	尺寸	≥ 26 英寸
3	视频信号输入接口	DVI、3G-SDI
4	视频信号输出接口	DVI、3G-SDI
三	高清电子胃镜（常规）	
1	感光元件	CMOS
2	视野范围	$\geq 140^\circ$
3	景深范围	2-100mm
4	特殊光模式	≥ 3 种
5	先端部外径	$\leq 9.2mm$
6	插入部外径	$\leq 9.3mm$
7	弯曲角度上/下	$210^\circ / 90^\circ$



8	弯曲角座左/右	100° /100°
9	钳道直径	≥2.8mm
10	工作长度	≥1100mm
11	无线插拔	具备
四	高清电子肠镜（常规）	
1	感光元件	CMOS
2	视野范围	≥170°
3	景深范围	2-100mm
4	先端部外径	≤12.8mm
5	插入部外径	≤12.8mm
6	弯曲角度上/下	180° /180°
7	弯曲角座左/右	160° /160°
8	钳道直径	≥3.8mm
9	工作长度	≥1330mm
10	无线插拔	具备
五	原厂专用台车	
六	配套测漏器和水瓶	

（二）内镜整体清洗消毒工作站参数（胃镜、肠镜各 1 套）

1. 设备用电要求:电压 220V 频率:50HZ
2. 噪音要求:设备正常工作时，噪音应≤70dB
3. 主体(2 套含胃镜、肠镜清洗各 1 套)

主体背板定制:根据现场场地定制

主体台面、清洗槽(含初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽、末洗槽)功能背板、干燥台(浸泡槽盖为透明材料合成，配有手柄（防碎屑脱落设计），可以清晰看到浸泡清晰的情况)

主体台面材质要求:采用高分子复合材料整体一次形成，无任何接缝，表面光亮平滑、耐磨、耐强酸强碱的腐蚀、易清洗，损伤后容易修复。

台面厚度≥50mm，柜体底部离地高度≥150mm

柜架全部采用优质 SUS304 不锈钢材质，底板采用 PVC 材料或塑钢板材。(耐潮湿，不变形)

根据科室需求柜门采用防水材料表面为彩色钢化玻璃或采用高密度 PVC 复合板，经金属烤漆工艺制成。

清洗槽规格要求:根据现场场地定制

干燥台尺寸规格:胃镜组、肠镜组长度各必须≥1800mm，具体尺寸根据现场场地定



制。

4. 每个工作站均具备防锈供水排水系统(根据科室需求提供水温调节系统含热水器)

5. 给水龙头和去水器选用优质 304 不锈钢材质, 水龙头选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件, 360 度旋转设计, 有冷热水接口, 保证永不生锈。其他所有给水管和排水管均采用优质 PP-R 冷热水管材和管件。

6. 计时器嵌入式安装

7. 专用吸引器

8 电路系统(电源线采用三芯带地线, 加强型, 所有布线线路有序整齐, 便于维护保养)

9 每个工作站配置高压供水器, 水压自动恒定控制, 自动启动, 高压水枪数量 ≥ 2 把, 枪体采用优质 304 不锈钢或特殊合金, 配备清洗喷嘴, 清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。

10. 每个工作站配置一体化供气系统, 医用气泵(专用空压机)高压气枪数量 ≥ 2 把

11. 多功能自动灌注器(含灌注酶液/消毒液)微电脑控制, 采用隐形模块或外挂设计, 由操作面板、执行部件两部分组成, 在水洗过程中严格按《规范》要求, 采用洁净的“一次水”灌注。

12. 工作站中均具有镜体侧漏系统, 配置到初洗槽, 通过向淹没的内镜管内注入干燥纯净的低压气体, 观测管壁的气体泄漏情况。

需配备酒精灌注系统

需配备内镜热风干燥器(干燥镜身表面及内镜管道)

配备水质过滤器(水处理)需满足清洗消毒工作站要求。(三重过滤, 多层渗透净化水质需满足国家内镜清洗消毒规范用水)质保期内负责免费更换滤芯。

转运车 4 辆

内镜双开门存贮柜

胃镜清洗槽干燥台旁需配备低储物柜

提供洗眼及拖把池(洗眼、洗手在一个台面上)洗手龙头均为非手触式

13. 提供台面、柜架、柜门小块样品及水枪、气枪等易损部件样品。

14. 参与投标公司需提前勘察场地与使用科室及基建协商, 如有问题需招标前提出, 院方加以协调。如若中标后装机过程中出现延期及改造投标方需承担相应责任。

(三) 消化内镜氩气刀(1 台)

1. 电源电压: 220V $\pm$ 10%; 高频输出频率 $\leq$ 360KHZ。

2. 国际知名品牌。

3. 设备可满足用于 EST、EMR、ESD、POEM、STER 等内镜下最新手术治疗技术。



4. 具有两种以上电切模式，最大输出功率 ≤ 200 瓦。
5. 主机为全中文操作界面，液晶显示屏。
6. 加载水刀模块，随时升级成内镜用海博刀系统。
7. 主机可以存储 ≥ 8 个程序。
8. 具有内镜电切专用模式，无需进行功率设置，主机智能调节，确保精细治疗。
9. 内镜电切模式，具备多档效果。
10. 单极电切峰值电压 $\leq 1500V$, 单极电凝峰值电压 $\leq 2000V$ 。双极电凝值电压 $\leq 200V$ 。
11. 具有 ≥ 2 种以上单极凝血模式，最大功率 ≥ 100 瓦。
12. 具有多种双极电凝模式，最大输出功率 $\geq 100W$ 。
13. 电切、电凝具有多模式调节方式，保证手术低热损伤需求。
14. 具备氩气刀功能：具有强力氩气电凝模式，最大功率 $\geq 120 W$ 。电凝深度 $\leq 3mm$ 。
15. 氩气刀输出峰值电压 $\leq 4500Vp$ 。
16. 具有多档模式氩气电极可选，氩气电极能明显区分。
17. 氩气电极具备器械自动识别功能。
18. 具有电极安全监测系统，具有多种安全保护功能。可实现负极板动态检测和小儿检测。
19. 主机满足两个脚踏接口，脚踏开关单双极通用。

配置要求：

高频电主机一台，氩气等离子发生器一台，内镜电切软件一套，氩气凝血电极 2 支，中性电极连接电缆一条；单极连接电缆连线一条，一次性电极板 5 片，双踏板脚踏开关一个，台车一个，5L 氩气钢瓶一个，气瓶减压阀一个。

四、交货期：合同签订后 25 日内全部到货并安装调试完毕，或自报更快交货期或安装期。

五、交货地点：招标人指定地点。

六、付款方式：货物到达现场验收合格后支付合同金额的 90%，剩余 10%作质保金，验收合格之日起一年后无质量问题一次性无息付清。



第四部分 开标、评标、定标

一、开标

1、投标人的法定代表人或其授权代理人按照招标文件规定的时间和地点参加开标仪式并签到。

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2) 未按招标文件要求加密或密封的。

(3) 应用网络电子开标的，招标人按规定的投标截止时间和规定的开标时间和开标地点，通过电子招投标系统进行公开开标，投标人按照规定的时间自行解密，招标代理机构辅助解密，解密成功后进入管理网络。由于投标人的自身原因（包括但不限于以下情况：忘带或错带 CA 锁、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的，均不导入电子光盘，将视为自动放弃。

2、开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请投标人等参加。

主持人在规定的时间内，通过网上开评标系统，按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标会开始；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 投标人在投标人规定的时间内解密电子投标文件；

(4) 招标代理机构对投标人已解密的电子投标文件进行二次解密；

(5) 电声唱标，宣读投标人名称、投标报价、服务期限等内容；

(6) 开标结束。

3、电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；



(5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用;

出现上述情况时,对于未开标的项目应暂停开标,对已在系统内评审的,也应立即停止。采取应急措施时,必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

二、评标委员会

根据有关法律法规和本招标文件的规定,结合招标项目的特点组建评标委员会,对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成,其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标,招标人不得以专家身份参与评标。

三、评标方法

本次评标,评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件,由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分,确定中标候选人。

1、评标原则

依据《中华人民共和国招标投标法》,结合项目特点,评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则,评标委员会将按照这一原则的要求,公正、平等地对待各投标人。同时,在评标时恪守以下原则:

(1) 客观性原则:评标委员会将按照招标文件的要求,对投标人的投标文件进行认真评审;对投标文件的评审仅依靠投标文件本身,而不依靠投标文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则:评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法,用同一标准进行评标。

(3) 独立性原则:评标工作在评标委员会内部独立进行,不受外界任何因素的干扰和影响。

(4) 保密性原则:评委及熟知情况的有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

(5) 综合性原则:评标委员会将综合比较、审查投标人的各项指标,而不以单项指标的优劣评定出中标候选人。

(6) 少数服从多数原则:评标委员会成员应当依法独立评标,遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出评审结论;持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由;不签署不同意见的,



视为同意。

2、评标过程保密

2.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2.2 在评标期间，投标人企图影响招标方的任何活动将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

2.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、初步评审

3.1 资格审查

开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了招标人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

3.2.1 重大偏差包括以下内容:

(1) 投标文件未经投标单位盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（非逐页小签）；

(2) 工期、付款方式、投标有效期等有不满足招标文件要求的；

(3) 投标人提供的投标文件不完整；

(4) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件或工程量清单要求报出价格，工程量清单中出现严重的缺项漏项，评标委员会无法比较和评审的；

(5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；



(6) 技术文件部分未按招标文件要求列出详细方案、技术指标或者复制招标文件中的技术要求, 评标委员会无法比较和评审的;

(7) 投标文件中的服务方案、履约能力描述及证明有明显不符合招标文件要求的;

(8) 投标文件附有招标人不能接受的条件;

(9) 评标过程中, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响工程质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理;

(10) 投标报价超过采购预算或控制价的;

(11) 组成联合体投标的, 投标文件未附联合体各方共同投标协议的;

(12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的, 为未能对招标文件做出实质性响应, 将作无效投标处理, 不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.2 评标委员会将允许投标人修改其投标文件的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求, 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况, 并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.2.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单



价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、详细评审：

评标委员会根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

4.1 评分标准

内容	评审标准	权值
投标报价 (30 分)	以所有有效投标总报价中的最低投标总报价为评标基准价。投标总报价等于评标基准价得 30 分，其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： $\text{投标总报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标总报价}) \times 30\% \times 100\%$ 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标总报价。注：小数点后保留 2 位有效数字。	30 分
技术响应情况 (50 分)	1、对所有投标文件中的产品主要技术规格、技术参数等情况进行横向比较，满足招标文件要求的得 15 分，每有 1 项负偏离扣 1 分，本项最低得分为 0 分。 注：经评标委员会集体认定投标人复制粘贴招标文件制作技术响应表或未表述产品技术参数、以虚假指标响应招标文件要求的，该项不得分。 2、评标委员会根据投标人提供的设备的主要零部件性能、材料、产品整体质量与技术水平进行综合评价，主要零部件齐全、材料产品质量及技术水平完善，酌情得 1-5 分。 3、所报产品质量、所用材质、备品备件情况进行评审，酌情得 1-4 分。 4、评标委员会根据投标人有承担本项目的技术力量、服务能力、内部管理制度完善情况等进行综合评分，酌情得 1-4 分，此条缺项不得分。 5、评委根据投标人提供的产品供货安装计划、质量保障措施、风	50 分



	险防御措施等项目实施方案，在 1-4 分之间酌情打分。 6、根据投标人的设备生产和加工能力，在 1-4 分之间评分，没有此项不得分。 7、根据投标人提供的设备及零部件到场顺序、安装顺序、调试等工作，需要重点注意的关键工序，在 1-4 分之间酌情打分。 8、人员培训方案：提供现场技术培训及保证现场使用人员能正常操作的培训方案在 1-3 分之间酌情打分。 9、维护保养方案：对产品使用过程中的维护保养方案描述情况进行评审，1-3 分。 10、根据投标人提供的产品品牌信誉度、相关产品检测报告及所获得相关证书等因素综合考虑，酌情得 1-4 分。 注：缺项不得分。	
供货方案 (8 分)	1、针对本项目的产品配送方案，培训计划合理、实施可行、有针对性，1-4 分； 2、技术人员配备情况，1-4 分；	8 分
售后服务 (12 分)	1、投标文件中附有内容完整的售后服务承诺及保障措施:0-5 分； 2、故障应急响应速度快，并满足招标文件中的售后服务要求: 0-5 分； 3、质保期不少于 1 年，每增加一年得 1 分，最高得 2 分。	12 分

注：各投标企业务必安排好专人对各自诚信库进行更新、维护，并对因诚信库获取信息不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误等造成的一切后果负责。电子标书的制作，企业从其诚信库内的获取的该企业的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。另，电子投标文件在诚信库内获取的有关扫描件为获取那一时刻的扫描件，请各投标企业更新诚信库后，务必重新获取，重新生成投标文件。

4.2 定标原则：由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审，按最终得分由高到低推荐 3 名中标候选人。最终得分相同者，报价得分高者排名在前，投标报价得分也相同的，由评标委员会按照技术得分由高到低的顺序确定。

四、禁止投标人串通投标或以不正当手段谋取中标，如出现以下情形将依法追究法律责任。



1、投标人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

- (一)向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；
- (二)中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
- (三)未按照招标文件确定的事项签订采购合同；
- (四)将采购合同转包；
- (五)擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依法通知招标人和招标代理机构的，处以采购金额 5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加采购活动。

2、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依法追究法律责任：

- (一)投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (二) 投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (三) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
- (四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
- (五) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- (六)投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；
- (七)投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

3、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；



(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装。

(六)重要说明:在清标中发现以下问题均视为涉嫌串通投标,作无效投标处理。

(1)投标文件制作机器码一致;

(2)投标文件创建标识码一致;

(3)使用的造价锁号一致。

4、有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

(一)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

(二)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;

(三)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;

(四)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

(五)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

(六)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于以他人名义投标。

6、投标人有下列情形之一的,属于以其他方式弄虚作假的行为:

(一)使用伪造、变造的许可证件;

(二)提供虚假的财务状况或者业绩;

(三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;

(四)提供虚假的信用状况;

(五)其他弄虚作假的行为。

7、按废标处理:

出现下列情形之一的,应予废标:

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;



(3) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 在电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释或高度雷同项达到一定数量的，由评审委员会作无效标处理。（具体数量由磋商小组成员协商确定）

8、特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定要求的数量、串通投标、投标人互相诋毁及投标人所投报主要设备为相同品牌、型号产品并经评标委员会认定明显缺乏竞争，导致评标委员会无法评标或投标人报价均超出项目预算时，评标委员会有权停止评标。

五、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、用户及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。

8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理交至招标代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9、招标代理机构与委托方应对评标委员会成员名单、拟邀请的潜在投标人名单、已购买招标文件的潜在投标人名单、评标过程予以保密。

10、评标委员会成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。



11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、评标工作开始前，由工作人员负责收缴并保管评委、工作人员的通讯工具。

13、在采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- （三）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

六、中标通知书

《中标通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

七、签订合同

1、中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项由招标代理机构协助与招标人签订合同，签订合同的时间在《中标通知书》发出之日 30 日内。

2、招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为合同附件。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理。招标人可依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定追究法律责任。

4、采购代理机构应当督促招标人和中标人及时签订合同，发生拖延或者拒绝签订合同、中止或者终止合同以及其他合同签订、履行异常情况时，应当了解情况，积极主动协调。

八、解释权：

1、本招标文件的最终解释权为招标人，解释以招标人的书面解释为准。

2、招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，投标人应同时遵守相关法律、法规。



第五部分 合同格式

合同书

（仅供参考，不作为评审内容，以实际签订的合同为准）

（项目编号： ）

项目名称：

招标代理机构：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

监督机构：



合同书

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

_____（项目名称）以公开招标的方式进行招标。经评标委员会评审确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、乙方投标文件
- 3、中标通知书
- 4、乙方在开标过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准(详细清单见附件)

序号	产品（货物） 名 称		单位	数量	单价	总价	产地
1							
2							
3							
....							
合 计							—

三、合同金额

合同总金额：人民币(大写)_____元。
¥_____元。

四、货款支付：（按招标文件规定填写）

五、交货

- 1、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方



承担,因质量问题甲方拒收的,风险由乙方承担。

2、交货时间:合同生效后于____年____月____日以前交货。

3、交货地点:

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币(大写)_____元(¥____元)作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在开标过程中做出的书面澄清及承诺。

八、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行,国家或业务主管部门无技术规定的,应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、运输要求及报价范围

1、运输及相关费用由乙方承担。

2、报价应含运输装卸、售后服务等费用。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如乙方由此为甲方所造成的一切损失由乙方承担。

十一、验收

1、对项目的质量问题,甲方应在发现之日起 30 日内向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在____日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及开标过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。

2、该项目由甲乙双方及抽取专家共同验收,项目达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可以解除合同,造成的一切损失由乙方承担。

十二、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在开标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务;



2、其它售后服务承诺：（填响应时间）。

十三、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

乙方应提交：代理服务费、验收费。

十四、违约条款

1、所供货物经验收达不到规定要求的甲方可拒付全部货款，为甲方造成损失的承担相应赔偿责任。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任；

3、乙方延迟交付，每延迟 1 日，按应交付货物总额____支付违约金；

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后____日内仍不履行合同的，经双方同意后，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任；

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后____日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在____天内提供有关不可抗力的相应证明。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1)提交聊城市仲裁委员会仲裁；

(2)向人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（1）种方式予以解决。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。



十八、合同保存

本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，招标代理机构____份。

甲方（招标人）印章：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（中标人）印章：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

监督方印章：

负责人（签字）：

年 月 日



第六部分 投标书格式

正（副）本

_____（项目名称）___招标

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日



一、报价一览表

二、投标函

三、资信标

1、法定代表人身份证明

2、授权委托书

3、联合体协议书（本项目不适用）

4、资格审查资料

4.1 投标人基本情况表

4.2 需要说明的其它材料

5、商务和技术偏差表

四、商务标

分项报价表

五、技术标

六、报价所需其他材料



附件：附件：开标一览表

招标编号：

序号	投标报价项目明细	
	内容	投标总报价
1	投标总报价	大写： 小写：
2	对招标文件的响应程度 (是否完全响应)	是 ☐ 否 ☐
3	售后服务：出现质量问题接到招标人通知后到达现场的时间_____小时	
4	质保期：	
5	其他补充或优惠条件：	

备注：以电子标系统内生成格式为准填写并签章。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日



投 标 函

（代理机构名称）：

（投标人全称）授权（投标人授权代表姓名）（职务、职称）为投标人授权代表，参加贵方组织的（项目编号）招标项目招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、我单位提供招标文件规定的全部投标文件：电子投标文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件，在会员系统中上传；

2、总投标价格详见开标一览表（如有，须分包填写）。

3、我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位同意按招标人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。

5、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目磋商文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

6、本次投标有效期按招标文件要求执行。

7、我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改、补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

8、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：签章和盖章具有同等法律效力。



资信标

法定代表人身份证明

供 应 商:

单位性质:

地 址:

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限:

姓 名: _____性 别:

年 龄: _____职 务:

系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

注: 签章和盖章具有同等法律效力。



授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权代表的身份证**彩色扫描件**

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

_____年_____月_____日

按招标文件规定格式填写并签字盖章后，上传至电子标书系统中。

注：签章和盖章具有同等法律效力。



联合体协议书（本项目不适用）



资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技 工		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证等材料的扫描件。

附：

序号	证书名称	查看



(二) 近年财务状况表

备注：2020 年度经第三方审计审查的财务状况报告。是指提供本单位的图财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明；

年度	说明	查看

(三) 不少于一个月依法缴纳税收的证明（2021 年度中任意月份）。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；

扫描件：

证书名称	查看



（四）不少于连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明（2020 年 9 月至 2021 年度中任意月份）。指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据；

扫描件：

证书名称	查看

（五）企业各类证书

证书名称	查看



拟投入本项目从业人员

从业人员组成表

姓名 (必填)	身份证号 (必填)	性别	学历	职称	职务	从业年 限	资质证 书	获奖 情况	备注

附：

扫描件

序号	证书名称	查看



附件：技术响应表

投标人名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1. 即使投标人在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要填报该表。如无偏离，应注明“无”。

2. 如投标人在响应表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

注：签章和盖章具有同等法律效力。



商务文件

附件：商务响应表

投标人名称：（加盖公章）_____

项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1. 如投标人在响应表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

2. 商务响应中服务期、付款方式等条款的负偏离视为不响应招标文件的实质性要求。

注：签章和盖章具有同等法律效力。



商务标

分项报价表（参考）

项目编号: _____

单位: 万元

序号	名称	品牌	规格	技术参数	数量	单位	单价	合价
1								
2								
3								
.....								
合计								

投标人名称（公章）: _____ 法定代表人或授权代表签字:

备注: 1. 请将报价用小写数字填写; 单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表, 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件;

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价;

注: 签章和盖章具有同等法律效力。



附件：产品质保承诺（包括但不限于）

附件：售后服务条款（包括但不限于）



技术文件

投标人应根据所报产品内容自行编制，包括但不限于

- ①技术方案（评分标准内所列内容）
- ②投标人认为需要提供的其他技术文件。

服务承诺（格式自行设计）

- 1、符合国家的相关规范，保证顺利通过相关部门验收的措施。
- 2、投标人自身资源优势及对招标人的支持与服务。
- 3、项目实施中的后续服务承诺。

投标人需要加以说明的其他材料

（相关证件材料的复印件等）



投标人资格审查统计表

投标人名称:

序号	名称	内容	检验结果
1	1) 营业执照;	是否提供:	
2	2) 若投标人为所投产品的生产企业, 必须提供《医疗器械生产企业许可证》; 若投标人为所投产品的代理商或授权投标人, 必须提供《医疗器械经营企业许可证》;	是否提供:	
3	3) 投标人须提供有效的《医疗器械产品注册证》;	是否提供:	
4	4) 2020 年度经第三方审计审查的财务状况报告。是指提供本单位的财务报告或财务报告表或基本账户开户行出具的银行资信证明;	是否提供:	
5	5) 不少于一个月依法缴纳税收的证明(2021 年度中任意月份)。是指提供本单位的缴税证明, 为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证	是否提供:	
6	6) 不少于连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明(2020 年 9 月至 2021 年度中任意月份)。指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据;	是否提供:	
7	7) 若法定代表人投标, 提供法定代表人身份证明; 若委托代理人投标, 提供授权委托书及授权代表的身份证及法定代表人的身份证;	是否提供:	
是否审查合格			
核验人及委托代理人 签字		核验人: 委托代理人签字确认:	

说明:《投标人资格审查统计表》及《投标人得分统计表》应上传至系统电子响应文件【其他材料】中。如上传到系统中的电子响应文件中不提供《投标人得分统计表》, 评审小组将不再对表中涉及内容进行评审, 表中涉及内容按 0 分计算。



投标人得分统计表

投标人名称:		得分
质保期不少于 1 年, 每增加一年得 1 分, 最高得 2 分。		
合计得分:		
核验人及委托 代理人签字	核验人: 委托代理人签字确认:	

说明:《投标人资格审查统计表》及《投标人得分统计表》应上传至系统电子响应文件【其他材料】中。如上传到系统中的电子响应文件中不提供《投标人得分统计表》,评审小组将不再对表中涉及内容进行评审,表中涉及内容按 0 分计算。



发改价格[2011]534 号通知

招标代理服务收费标准（2011）

费率 中标金额（单位：元人民币）	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：

某货物招标代理业务中标金额为 300 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

（300-100）万元×1.1%=2.2 万元

合计收费=1.5 万元+2.2 万元=3.7 万元

某服务招标代理业务中标金额为 300 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

（300-100）万元×0.8%=1.6 万元

合计收费=1.5 万元+1.6 万元=3.1 万元

某工程招标代理业务中标金额为 1000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.0%=1 万元

（500-100）万元×0.7%=2.8 万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75 万元

合计收费=1+2.8+2.75=6.55 万元